



Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę **spirometru** o następujących **lub lepszych** parametrach technicznych:

CECHY SPRZĘTOWE

- Wyświetlacz: Czytelny $\geq 7''$
- Klawiatura: Pełna, alfanumeryczna, membranowa
- Drukowanie: Wbudowana drukarka termiczna (papier 112 mm)
- Technologia pomiaru: Głowica pneumatometryczna

Parametry pomiarowe:

- Pojemność życiowa: VC, IC, ERV, TV, MV, FR
- Natężona pojemność życiowa: FVC, FEV1, FEV6, FEV1%VC, PEF, MEF25, MEF50, MEF75, MMEF, PIF, FET, tPEF, VExt, FIVC, FIVC1, MIF50
- Maksymalna wentylacja dowolna: MVV, BF

Funkcje dodatkowe:


- Badania porównawcze PRE/POST po podaniu leków
- Automatyczna korekcja BTPS
- Ocena powtarzalności wg skali A - E
- Wysyłanie wyników na USB i e-mail
- Łączność: LAN, Wi-Fi
- Pamięć: 1000 badań
- Zasilanie: Sieciowe oraz akumulator Li-Ion

Prosimy o uwzględnienie w ofercie:

1. Cenę jednostkową brutto
2. Koszt dostawy oraz przewidywany termin realizacji zamówienia
3. Warunki gwarancji i serwisu
4. Termin ważności oferty

Ofertę prosimy przesać na adres: zarzad@zjednoczenia.pl

Z poważaniem,
Monika Jędrzejczyk
Prokurent



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



sekretariat@zjednoczenia.pl



32 632 02 90



www.zjednoczenia.pl

Centrum Medyczne
Zjednoczenia Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 3
41- 500 Chorzów

NIP 6272357630
REGON 276620438